

คุณลักษณะเฉพาะ
ด้ามแทงผ่านเนื้อเยื่อแบบ DESCHAMPS

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับแทงผ่านเนื้อเยื่อในการผ่าตัดทั่วไป

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นด้ามแทงผ่านเนื้อเยื่อแบบ DESCHAMPS

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ส่วนปลายเป็นลักษณะ เข็มแบบโค้งทางด้านซ้ายหรือโค้งทาง
ด้านขวา ชนิดปลายคมหรือชนิดปลายไม่คม
- ๓.๑ ~~ชนิดปลายคม หรือชนิดปลายไม่คม~~
- ๓.๒ มีขนาดความยาวระหว่าง ๒๐๐ ถึง ๒๗๐ มิลลิเมตร ตามความต้องการของผู้ใช้
- ๓.๓ ผลิตจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
- ๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการอบแก๊ส หรือวิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้
- ๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EC Certificate
- ๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EN ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ~~๓ และ ๔~~ และ ๓
- ๕.๒ ทำการตรวจสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(อุมพฏ อรุพงษ์ศา)

นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ

ข้อ ๓.๒ แก้ไขจาก “ชนิดปลายคม หรือชนิดปลายไม่คม” เป็น “ส่วนปลายเป็นลักษณะเข็มแบบโค้งทางทางด้านซ้ายหรือ
โค้งทางด้านขวา ชนิดปลายคมหรือชนิดปลายไม่คม”

ตามอนุมัติ รอง พตร.ปรท.พตร. ลง ๑๐ ก.ค. ๖๖ ท้ายหนังสือ

บก.อก.รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๒๗๖๒ ลง ๕ ก.ค. ๖๖

อนุมัติให้แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะเดิม



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ