

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือวัดความลึกของกระดูก ขนาดใหญ่

รพ.ดร. อนุเมติ ลงวันที่ 8 ส.ค. 2555

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- 1.1 เพื่อใช้ในการวัดความลึกของกระดูกสำหรับเลือกใช้สกรูยึดกระดูกขนาด 4.5 มิลลิเมตร ถึง 6.5 มิลลิเมตร

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)
- 2.2 สามารถนึ่งอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- 3.1 สามารถใช้ในการวัดความลึกของกระดูกสำหรับเลือกใช้สกรูยึดกระดูกขนาด 4.5 มิลลิเมตร ถึง 6.6 มิลลิเมตร
- 3.2 สามารถวัดได้ลึกไม่น้อยกว่า 110 มิลลิเมตร

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- 4.1 ไม่มี

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ 2, 3 และ 4

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 6.1 ผู้ขายจะต้องมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- 6.2 รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติของเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาจากประเทศผู้ผลิต

พล.ต.ต.



ตามอนุมัติ พตร. ลง ๑ ก.ค.๖๓ ทำหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๔๙๐ ลง ๒๖ มิ.ย.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทรัฐชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

