

เลขที่ 56-048-02

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 30 เม.ย. 56

คุณลักษณะเฉพาะ

กรรไกรเลาะเนื้อเยื่อ Metzenbaum Supercut

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 เพื่อใช้ในการเลาะเนื้อเยื่อ

2. ลักษณะทั่วไป

2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel)

2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่ง ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส หรือ โดยวิธีการอบแก๊ส หรือวิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 กรรไกรเลาะเนื้อเยื่อแบบ Baby-Metzenbaum หรือ Metzenbaum ค้ำจับเป็น Ring handle มีสีดำ

3.2 เป็นกรรไกรที่มีความคมเป็นพิเศษ ปลายปากด้านหนึ่งมีฟันเลื่อยซี่เล็ก ๆ เพื่อให้การตัดหรือเลาะเนื้อเยื่อ ไม่เลื่อนหลุด

3.3 กรรไกรมี 2 แบบ คือ ชนิดตรง และ ชนิดโค้ง

3.4 ความยาว ตั้งแต่ 11.5 - 23 เซนติเมตร

4. ส่วนประกอบและอะไหล่ ไม่มี

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจสอบถึงความเรียบร้อยตามข้อ 2 และ 3


5.2 ทดสอบจนสามารถใช้งานได้

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 บริษัทฯ มีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต โดยตรงในต่างประเทศ

6.2 รับประกันคุณภาพ 2 ปี

6.3 ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 13485



ตามอนุมัติ พตร. ลง ๑ ก.ค.๖๓ ทำหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๔๙๐ ลง ๒๖ มิ.ย.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม
อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันทิชนก พรหมกานเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

