

คุณลักษณะเฉพาะ
กรรไกรสำหรับตัดหรือลอกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดจอประสาทตาแบบชนิดปลายโค้ง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับตัดหรือลอกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดจอประสาทตา

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นกรรไกรสำหรับตัดหรือลอกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดจอประสาทตาแบบชนิดปลายโค้ง

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม(Stainless Steel)

๓.๒ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมงานกับด้ามจับ (Vitreoretinal Handle)

๓.๓ ปลายส่วนของการใช้งานมีสีเพื่อแสดงถึงปลายกรรไกรที่เป็นชนิดโค้ง

๓.๔ ใช้สำหรับแผลผ่าตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ Gauge

๓.๕ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๕๘ มิลลิเมตร

๓.๖ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

๓.๗ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร

