

คุณลักษณะเฉพาะ
ที่ถ่างแผลแบบ ANDERSON-ADSON

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้สำหรับถ่างแผลในการผ่าตัดทั่วไป
๒. ลักษณะทั่วไป
เป็นที่ถ่างแผลแบบ ANDERSON-ADSON
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
 - ๓.๑ สามารถล็อกได้ ๔ x ๔ ซีพิน
 - ๓.๒ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ มิลลิเมตร
 - ๓.๓ ผลิตจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
 - ๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ ออบแก๊ส หรือ แช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ
 - ๓.๕ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate
 - ๓.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO ๑๓๔๘๕
๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
ไม่มี
๕. การทดสอบและผล
 - ๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒, ๓ และ ๔
 - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้
๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ
รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี



เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(จุมพฏ อรุณงศา)

นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.